

**UCHWAŁA Nr 47/2007**  
**Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego**  
**z dnia 19 kwietnia 2007 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup dozymetru do aparatu rtg typu Exposcop 8000 ramię C przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89) i § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zmienionej uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 3 października 2006 r.,

Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Wyraża się zgodę na zakup dozymetru do aparatu rtg typu Exposcop 8000 ramię C przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Czarnkowsko – Trzcianeckiemu i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Teterus .....

2. Elżbieta Rybarczyk .....

3. Maciej Niemiec ..... NIEOBECNY .....

4. Jan Pertek .....

Starosta  
Czarnkowsko – Trzcianecki

Wiesław Maszewski

Beata Mariawska

Radca prawny  
Bd P-195

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr 47/2007**  
**Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego**  
**z dnia 19 kwietnia 2007 r.**

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, zmienionej uchwałą Nr XLIII/300/2006 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 3 października 2006 r., Zarząd Powiatu wyraża zgodę, w formie uchwały, na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w przypadku, gdy nabywana aparatura i sprzęt medyczny posiada orzeczenie o stanie technicznym bądź stosowne certyfikaty lub atesty, pozytywną opinię Rady Społecznej co do celowości nabycia i doposażenia zakładu, a w przypadku sprzętu używanego dotychczasowy okres eksploatacji nie może być dłuższy niż 5 lat. Zgoda Zarządu Powiatu wymagana jest również, gdy wartość urządzenia przekracza kwotę 10.000,00 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego bez uprzedniego przedłożenia wraz z wnioskiem opinii Rady Społecznej. W przypadkach takich dyrektor zakładu opieki zdrowotnej przedstawia Radzie Społecznej wniosek o zaopiniowanie zakupu lub darowizny na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej zakładu.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance pismem z dnia 02.04.2007 r., znak: L.dz.SzP.KO-0131/58/2007, zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup dozymetru do aparatu rtg typu Exposcop 8000 ramię C. Dyrekcja zakładu poinformowała jednocześnie, że na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej wystąpi z wnioskiem o zaopiniowanie przez Radę powyższego zakupu.

**Dozymetr** przeznaczony jest do aparatu rtg typu ramię C, który znajduje się na wyposażeniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Zgodnie z § 29 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, każdy aparat rentgenowski używany w radiologii zabiegowej musi być wyposażony w miernik wielkości ekspozycji w celu umożliwienia oceny narażenia pacjenta podczas badania. W związku z tym, że ramię C nie posiada takiego miernika, a zapewnienie skutecznej ochrony pacjentowi przed promieniowaniem jonizującym jest w gestii zakładu stosującego radiologię zabiegową, zakup rejestratora dawki mGy (dozymetru) jest konieczny. Cena dozymetru to **ok. 20.000,00 zł**. Sprzęt zostanie zakupiony zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podjęcie uchwały jest zasadne i nie spowoduje skutków dla budżetu Powiatu.

**STAROSTA**  
  
mgr inż. **Wiesław Maszewski**